

دولة فلسطين

وزارة الصحة . دائرة المشتريات

إعادة الإعلان عن المناقصة رقم 14 / 2017

الخاصة بتقديم خدمة صيانة لعدد (20) محطة اكسجين في المستشفيات الحكومية
بتمويل من المنحة النرويجية NORWAC 70-1

رقم المشروع PAL-16/0019

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء تقديم خدمة صيانة لعدد (20) محطة اكسجين في المستشفيات بتمويل من مؤسسة نورواك NORWAC ، طبقاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً والتي لديها الإمكانيات المادية و الفنية لتقديم الخدمة وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الصحة على العنوان التالي _ غزة :شاع الوحدة / المجمع الاداري - عيادة الرمال الطابق الاول خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (300) شيكل غير مستردة.

آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات هو الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2 / 2017/2 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المتعهدين في نفس الزمان والمكان.
ملاحظة:

1. اجرة الإعلان في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد لدى دولة فلسطين باسم الجهة المانحة نورواك NORWAC بنسبة 5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.
3. تقديم الأسعار بالدولار الأمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.
4. يجب إرفاق شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير (بخصوص الشركات التي لديها مشغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5% وضريبة دخل بنسبة 1%).
5. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار
6. للاستفسار يرجى الاتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 2829774 - فاكس 2827634

وزارة الصحة

دائرة المشتريات

دولة فلسطين

وزارة الصحة . دائرة المشتريات

الإعلان عن المناقصة رقم 14 / 2017

الخاصة بتقديم خدمة صيانة لعدد (20) محطة اكسجين في المستشفيات الحكومية

بتمويل من المنحة النرويجية NORWAC 70-1

رقم المشروع PAL-16/0019

الشروط العامة

أولاً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتنافسين:

1. يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويفهم جميع ما ورد فيها ويختتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق والاستكمال بصورة صحيحة.

تكتب أسعار العطاء بالدولار الأمريكي على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة (16%) ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف الأخرى. (بخصوص الشركات التي لديها مشغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5 % وضريبة دخل بنسبة 1%).

2. يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر الأزرق أو الأسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو الإضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر الأحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

3. يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب عليه عطاء تقديم خدمات الصيانة بتقديم خدمة صيانة لعدد (20) محطة اكسجين في المستشفيات الحكومية من المنحة النرويجية NORWAC 70-1 عطاء رقم 14/2017 .

4. وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعتاء وعليه تبليغ وزارة الصحة - دائرة المشتريات بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخلاف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
5. يودع العرض من قبل المتعهد في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى دائرة المشتريات - وزارة الصحة - عيادة الرمال المجمع الاداري قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض لا يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض لا ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً .
6. يلتزم المتعهد بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول ولا يجوز له الرجوع عنه لمدة 3 شهور من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:

1. يرفق المناقص مع عرضه (خاصة إذا كان يشارك لأول مرة) الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي:
- 1- صورة مصدقة عن شهادة مزولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة.
- 2- السجل التجاري أو الصناعي للشركة.
- 3- شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
- 4- رخصة الحرف والمهن للشركة.
- 5- شهادة وكالة من الشركة المصنعة حال ان الشركة وكيلا لاي نوع من المحطات الواردة في الجدول المرفق
- 6- الخبرة في الأعمال المماثلة في الطبيعة والحجم (صيانة محطات الاكسجين) لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة داخل فلسطين وتفاصيل الأعمال الجارية والالتزامات التعاقدية وأسماء العملاء (جهات حكومية او غير حكومية) الذين يمكن الرجوع إليهم لمزيد من البيانات عن تلك التعاقدات:

م	اسم المشروع	جهة التعاقد	مدة تنفيذ المشروع	القيمة الاجمالية بالدولار	ملاحظات
1					
2					
3					
4					

- 7- ما يثبت توافر رأس مال عام كاف لتنفيذ هذا العقد (مثل ما يثبت إمكانية الحصول على اعتماد - اعتمادات - وتوافر موارد مالية أخرى):
- راس المال المدفوع للشركة
- قيمة الاصول الثابتة للشركة

- حجم التدفقات النقدية الواردة والصادرة للشركة
- أصول نقدية سائلة و/أو تسهيلات ائتمانية صافية بخلاف أي التزامات تعاقدية أخرى وغير متضمنة أي دفعات مقدمة واجب دفعها حسب هذا العقد لا تقل عن الرقم المحدد في بيانات العطاء.
- المراجع البنكية والتجارية (الموردين الذين تم التعامل معهم):

م	اسم البنك	عنوان البنك	رقم هاتف البنك	مسئول في البنك يتم الرجوع اليه عند الحاجة
1				
2				
3				

2. يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.

ثالثاً : تأمينات وضمائنات العطاء :

1. تأمين الدخول في العطاء :

يلتزم المتعهد أن يرفق بعرضه إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد لدى دولة فلسطين باسم الجهة المانحة نورواك NORWAC بنسبة 5% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المتعهدين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكذلك لمن أحيل عليهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.

2. تأمين حسن التنفيذ :

يلتزم المتعهد أن يرفق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد لدى دولة فلسطين باسم الجهة المانحة نورواك NORWAC بنسبة 10% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين حسن تنفيذ ساري المفعول طيلة مدة العقد خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل دائرة المشتريات وزارة الصحة .

3. يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة عند العقد أو الاتفاق بنسبة 0.004 من قيمته كما و يتم تحصيل نسبة 0.004 عن نفس العقد أو الاتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضاً عند الإحالة أو الترسية على الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 0.008 من قيمة العقد أو تخصم من فاتورة المورد عند السداد.

4. يعاد التأمين (حسن التنفيذ) إلى المتعهد بعد تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه من اعمال الصيانة (الصيانة الفعلية والصيانة الوقائية - وإطلاع المهندسين المشرفين والمرشحين من قبل وزارة الصحة على اعمال وتفاصيل عملية الصيانة) بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المستفيدة (الادارة العامة للهندسة و الصيانة) بوزارة الصحة لمؤسسة نورواك NORWAC او المفوضين من قبل الجهة المانحة.

رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

1- لجنة فتح المظاريف:

- تقوم اللجنة المشكلة لفتح مظاريف العطاء بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
- أ- إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مطروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مطروفه رقماً مسلسلأً على هيئة كسر اعتيادي مقامه عدد العطاءات الواردة.
 - ب- ترقيم الأوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.
 - ت- قراءة اسم مقدم العطاء والأسعار وقيمة التأمين الابتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين أو ممثليهم.
 - ث- التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين على العطاء ومطروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

2- لجنة دراسة وتقييم العروض:

يتم تحديد لجنة فنية من الأشخاص و الجهات ذات العلاقة لدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقديم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في الاعتبار:

- أ- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.
- ب- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً للمواصفات والشروط المطلوبة على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
- ت- يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالالتزامات العطاء وسمعته التجارية والتسهيلات التي يقدمها أو كونه متخصص في الخدمة التي يوفرها وللجنة الحق في استبعاد عرض المناقص الذي لا تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات.
- ث- تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص الأسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.

ج- إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالإحالة على مقدم أرخص الأسعار .

ح- في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص الأسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض الأرخص بشكل واضح.

خ- سوف يتم اعتبار كل صنف عطاء مستقل ويمكن للمتعهد التقدم بعرض سعر لصنف واحد أو أكثر.

د- إذا تساوت المواصفات والأسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه مميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات ذات الجودة العالية، ثم صاحب السمعة الحسنة والأفضل.

ذ- وزارة الصحة ليست ملزمة بقبول أرخص الأسعار أو أي سعر آخر وبدون إبداء الأسباب

خامسا : التزامات المتعهد أو المورد :

1. على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الإحالة وتوقيع الاتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها (أوامر الشراء).

2. مدة التعاقد (6 شهور) تحدد عند توقيع العقد.

3. لا يجوز للمتعهد أن يتنازل لأي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

4. لا يحق للمتعهد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل الأسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر الأسباب.

5. يلتزم المتعهد بتقديم الخدمة وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار الإحالة

6. يجب الالتزام بالمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالمواصفات يجب توضيحه في عرض الشركة.

7. السعر المقدم يجب ان يكون بالدولار الامريكي شامل قيمة الضريبة المضافة (16%) وشامل النقل والتخليص الجمركي والتحميل والتوصيل والتنزيل وأجرة العمال وأية رسوم أخرى.

8. السعر المقدم يكون لاعمال الصيانة الخاصة بمولدات الاكسجين ومحطات التعبئة

9. أن يكون المتقدمين لهذه المناقصة من المشتغلين المرخصين المسددين للالتزامات الضريبية.

10. سيكون الدفع للشركة من خلال الجهة المانحة مباشرة لقاء تقديم الخدمة (صيانة للمحطات) والقيام بالتزاماته حسب العقد حيث سيتم دفع ما قيمته 100% من قيمة العقد عند التوقيع على ان تقوم الشركة باحضار كفالة بنكية تسمى (كفالة دفعة مقدمة Advanced Payment Gurantee)

- بكامل قيمة المبلغ المستلم ولمدة تغطي كامل الفترة الزمنية المتعاقد عليها على أن تكون الكفالة باسم الجهة المانحة NORWAC وتصدر باللغة الإنجليزية.
11. سيتم تسهيل الكفالة بشكل كلى او جزئي من قبل وزارة الصحة ولصالح الجهة المانحة اذا اخفقت الشركة في تقديم الخدمات المطلوبة منها حسب شروط العقد الموقع بالخصوص
12. على المتقدمين للمناقصة ختم جميع أوراق كراسة العطاء بختمه الخاص إشعاراً منه بالاطلاع عليها وتقدمها جيداً.
13. يلتزم كل المتقدمين لهذا العطاء بضرورة زيارة الموقع ومعاينته لتقدير آلية الخدمة حيث لن يعتد بجهل أي من المتقدمين للموقع وظرف العمل به.
14. يلتزم من يرسو عليه العطاء بالمسئولية الكاملة عن أية إصابات عمل تلحق بأي من منسوبيه العاملين بالموقع كما أن حقوقهم كلها كائنة ما كانت هي طرف الشركة التي جلبتهم وشغلتهم كما وتتحمل الشركة المسئولية المدنية والجنائية في حال تسبب أي من منسوبيه بضرر مادي أو معنوي لممتلكات وزارة الصحة أو مستخدميها أو مرضاها.
15. لا يحق لمن يرسو عليه العطاء الإدعاء بوجود خسارة من جراء التعاقد مع وزارة الصحة ولا يحق له المطالبة بأي تعويض ولن يلتفت لمثل هذه الادعاءات لكونها تتناقض مع حرية المورد في تقدير المقابل المادي لما يقوم به من أعمال وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.
16. يحق لوزارة الصحة إجراء تقييم شامل لأداء الشركة وإذا ثبت لها من خلال المشاهدات الشخصية وتقارير المهندسين المخولين بالاشراف والمتابعة أن الشركة قد أخفقت في تحقيق الأهداف التي تم التعاقد معها من أجلها، وحسب أحكام وشروط العقد فإن لوزارة الصحة و بالتنسيق مع مؤسسة نورواك الحق في طلب فسخ العقد مع الشركة ومصادرة الضمانة البنكية والتعاقد مع من يليه في السعر مع تحميله كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

الشروط الخاصة وآليات تقديم الخدمة المطلوبة

1. الاعمال المطلوبة من الشركات هي تقديم خدمة صيانة محطات الاكسجين في عدد 20 محطة في المستشفيات (حسب الكشف المرفق)
2. الخدمة المطلوبة تشمل الصيانة الدورية (الوقائية) والفعلية للاعطال حال حدوثها في المحطات المختلفة حسب ارشادات وتعليمات الشركة المصنعة
3. تلتزم الشركة الفائزة بتقديم الخدمة بعمل زيارة دورية للمحطات لاجراء أعمال الصيانة الوقائية من تشحيم وتزييت وتنظيف وخلافه على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الهندسة والصيانة، وحسب ارشادات وتعليمات الشركة المصنعة
4. اعمال الصيانة تشمل اصلاح جميع الاعطال او الخلل وعمل ما يلزم من(متابعة - فحص - صيانة و اصلاح - معايرة) وحسب تعليمات المنتج
5. اعمال الصيانة والفحص لا تتم الا بالتنسيق المسبق وبحضور مندوبي الهندسة والصيانة في الموقع
6. على الشركة الفائزة توضيح العطل او الخلل الموجود في المحطة للمهندس المختص في الموقع قبل البدء في عملية الصيانة
7. على الشركة الفائزة تحديد وسائل الاتصال المختلفة (ارقام التليفونات-الجوال-الايمل) وتعميمها على الاخوة في الهندسة والصيانة وادارة المواقع المختلفة للتواصل في حالات الطوارئ وخارج اوقات الدوام الرسمي
8. على الشركة الفائزة توفير قطع الغيار اللازمة لعملية الصيانة وعلى حسابها الخاص على ان يكون لديها مخزون كاف من هذه القطع بما لا يؤدي الى التأخير في عملية الصيانة
9. تتعهد الشركة بان تكون جميع قطع الغيار التي سيتم تركيبها اثناء عملية الصيانة اصلية مع ضمان تشغيلها بشكل ممتاز لمدة 12 شهر بعد انتهاء العقد
10. على الشركة ارفاق قائمة بقطع الغيار التي تلتزم لعملية الصيانة موضحا فيها السعر لكل قطعة بالدولار الامريكي
11. على الشركة الفائزة القيام باعمال الصيانة الدورية حسبما هو موضح في النموذج رقم 2 والتي تشمل التزييت والتشحيم والتنظيف والضبط والتشغيل
12. عملية الصيانة تشمل مولدات الاكسجين واجهزة التعبئة
13. في حال حدوث أي عطل تلتزم الشركة بالحضور فورا لاصلاح العطل وبحد اقصى مدة 24 ساعة من لحظة ابلاغها بالعطل من قبل ادارة الموقع او المهندس المختص تيلفونيا ومن ثم ارسال طلب الصيانة للشركة عبر الفاكس على ان يكون موقع ومعتمدا من قبل ادارة الموقع مع ارسال صورة من هذا الطلب للهندسة والصيانة

14. تلتزم الشركة بتحرير محضر للزيارة التي يقوم بها للمركز ويكون موقع من مندوب الشركة وإدارة الهندسة والصيانة وإدارة الموقع ويحفظ هذا المحضر لدى جهة الاختصاص.
15. على الشركة الفائزة ان تكون على جاهزية تامة وبنسبة 100% لاصلاح الخلل او الاعطال داخل المحطة وضمن وضمن فترة وجيزة بشكل يكفل اعادة المحطة للعمل وتوليد الاكسجين
16. على الشركة الفائزة الالتزام بالنماذج المعدة من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بوصف الاعطال واجراءات الصيانة الخاصة بها مثال:
- تاريخ العطل
 - تاريخ وقت وصول مهندس الشركة الفائزة للمكان لاصلاح الاعطال
 - وقت الصيانة
 - تاريخ وقت تشغيل وتجريب المحطة بعد عملية الصيانة حتى تكون جاهزة للاستخدام
17. يجب ان يكون هذا النموذج موقعا من كل من مهندس الشركة والمهندس المختص التابع لوزارة الصحة بعد التأكد من صلاحية المحطة وجهازها للاستخدام بشكل ممتاز
18. يجب اعداد تقرير موضحا فيه جميع الاعطال والخلل موقعا عليه مندوب وزارة الصحة اما بشكل مباشر او من خلال الفاكس
19. يبدأ احتساب فترة التوقف بعد مرور 24 ساعة من تسلم الشركة الفائزة طلب الصيانة ام بالاتصال او بالايمل وتنتهي عند وقت الانتهاء من عملية الصيانة كما هو موثق في تقرير الشركة
20. في حال حدوث أي عطل تلتزم الشركة بالحضور فورا لاصلاح العطل وبحد اقصى مدة 24 ساعة من لحظة ابلاغها بالعطل (بالاتصال او بالايمل) من قبل المهندس المختص.
21. تعطى الشركة الفائزة مهلة 24 ساعة اضافية لتنفيذ عملية الصيانة واصلاح الخلل وفي حال عدم الحضور او عدم الانتهاء من عملية الصيانة واصلاح الاعطال سيتم احتساب ذلك الوقت الاضافي المستغرق في عملية الصيانة من مدة العقد والوزارة ليست مسئولة عن أسباب التأخير في الحضور ما عدا الاسباب القهرية كالكوارث الطبيعية والحروب وما شابه ذلك .
22. سيتم توقيع غرامة بنسبة 0.5% من قيمة العقد الخاصة بالمحطة موضوع العطل حال عدم الحضور او اخفاق الشركة في اصلاح وصيانة المحطة (الصيانة الدورية)
23. يتم تحديد وقت اضافي لعملية الصيانة على النموذج الخاص بصيانة المولدات على ان يكون موثقا وموقعا من جميع الاطراف ذات العلاقة (الهندسة والصيانة والشركة) وحسب شروط العقد الموقع بالخصوص

24. اذا حدث واخلت الشركة باي من البنود الواردة في العقد فانها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك وكالتالي:

- الشركة مسئولة عن تزويد المستشفى بالاكسجين من اية محطة توليد مركزية وقريبة من الموقع .
- تقوم الشركة بتمديد فترة الضمانة على الصيانة لتعويض الوقت الزائد والمفقود اثناء عملية الصيانة وعلى الشركة الالتزام بالوقت المحدد لها في العقد
- سيتم تسجيل الكفالات (كفالة حسن التنفيذ) لصالح NORWAC حال اخفاق الشركة في تقديم الخدمات المطلوبة منها حسب شروط العقد الموقع بالخصوص وذلك لاستخدامها تغطية اية نفقات تلزم لشراء الخدمة التي اخفقت الشركة في تقديمها

25. احكام وشروط خاصة:

- الاسعار الواردة في العقد نهائية وملزمة لجميع الاطراف ولا يجوز تغييرها من قبل احد الا بموافقة الجميع
- حال استبدال او اضافة مولد جديد فان المدة المتبقية من العقد للمولد القديم سيتم احتسابها للمولد الجديد
- لا يحق للشركة اجراء أية تعديلات او تغييرات على الاجهزة والادوات تحت الضمانة بدون طلب خطي من الوزارة.

اقرار والتزام

- أقر أنا الموقع أدناه ----- هوية رقم -----
بصفتي ممثلاً عن شركة ----- بالتالي:
1. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 2017/14 من شروط عامة وخاصة ومواصفات والتزم التزاماً قانونياً بتلك الشروط والمواصفات.
2. كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ولا يجوز لي الرجوع عنه لمدة 90 يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
3. وكذلك ألتزم بتقديم الخدمة المحالة على بموجب العطاء المذكور أعلاه والذي يتم طلبه من وزارة الصحة خلال اسبوعين من إصدار أمر التوريد الخطي على أن تكون الخدمة الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.

وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .

.....	اسم المناقص
.....	رقم المشتغل
.....	المرخص
.....	العنوان
.....	رقم الهاتف
.....	رقم الفاكس
.....	التاريخ

MOH hospitals oxygen concentrators in Southern Provinces as follow:

No.	Hospital name	Location	Inst. date	Model	Remarks
1	Shifa Surgery (east)	Gaza	Feb-98	Duplex AIRSEP- ASN1300S	
2	Shifa Surgery(west)	Gaza	Oct. 11	Duplex AIRSEP- ASN1300S	
3	Shifa Internal	Gaza	Jan-03	Single AIRSEP- AS1000	
4	Shifa Maternity	Gaza	Jul-02	Single AIRSEP- 450+250	
5	El Nasser Pediatric	Gaza	Feb-98	Single RIMER ALCO-oc73	
6	Rantesi Hospital	Gaza	Mar-02	Single AIRSEP- 450+250	
7	El Nasser Pediatric	Gaza	Oct-08	Single AIRSEP- ASM1000	
8	Naser Hospital	Khan Younis- Gaza	Jan-03	Single AIRSEP- AS1000	
9	Mobarak Hospital	Khan Younis- Gaza	May-99	Single Rimer ALCO-OC73	
10	Mobarak Hospital	Khan Younis- Gaza	Jul-05	Single AIRSEP- ASM1000	
11	European Hospital	Rafah-Gaza	Mar-03	Single AIRSEP- AS1000	
12	European Hospital	Rafah-Gaza	Oct-10	Single AIRSEP- ASk1000	
13	El Najar Hospital	Rafah-Gaza	Jul-05	Single AIRSEP- ASM1000	

No.	Hospital name	Location	Inst. date	Model	Remarks
14	Tal El Soultan Hospital	Rafah-Gaza	Jul-05	Single AIRSEP-ASM1000	
15	Ware House . 1 .	Gaza	Oct-04	Single AIRSEP-AS850	
16	Ware House . 2 .	Gaza	Oct-04	Single AIRSEP-AS850	
17	Al Dorra Hospital	Gaza	Jul-05	Single AIRSEP-ASM1000	
18	Bait Hanoun Hospital	Bait Hanoun Gaza	Jul-05	Single AIRSEP-ASM1000	
19	Indonesian hospital	Beit lahia-Gaza	Sep-15	Single AIRSEP-450+250	
20	Kamal Odwan	Beit Lahia-Gaza	Dec-03	Airsep AS 750	

Preventive Maintenance

Period	Operation
Weekly	
Monthly	
Yearly	

Form III

Oxygen Generator PM Sheet (1Month Report)

Date	Counter	PM Work	Done (Yes/No)	Oxygen Purity	Company Representative Name and Sig.	MOH Representative Name and Sig.

Form 4

جدول الاسعار

الرقم	اسم المستشفى	الموديل	الوحدة	الكمية	السعر الشهري للوحدة بالدولار
1	Shifa Surgery (east)	Duplex AIRSEP-ASN1300S	عدد	1	
2	Shifa Surgery(west)	Duplex AIRSEP-ASN1300S	عدد	1	
3	Shifa Internal	Single AIRSEP-AS1000	عدد	1	
4	Shifa Maternity	Single AIRSEP-450+250	عدد	1	
5	El Nasser Pediatric	Single RIMER ALCO-oc73	عدد	1	
6	Rantesi Hospital	Single AIRSEP-450+250	عدد	1	
7	El Nasser Pediatric	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
8	Naser Hospital	Single AIRSEP-AS1000	عدد	1	
9	Mobarak Hospital	Single Rimer ALCO-OC73	عدد	1	
10	Mobarak Hospital	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
11	European Hospital	Single AIRSEP-AS1000	عدد	1	
12	European Hospital	Single AIRSEP-Ask1000	عدد	1	
13	El Najar Hospital	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
14	Tal El Soultan Hospital	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
15	Ware House . 1 .	Single AIRSEP-AS850	عدد	1	
16	Ware House . 2 .	Single AIRSEP-AS850	عدد	1	
17	Al Dorra Hospital	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
18	Bait Hanuon Hospital	Single AIRSEP-ASM1000	عدد	1	
19	Indonesian hospital	Single AIRSEP-450+250	عدد	1	
20	Kamal Odwan	Airsep AS 750	عدد	1	