



2021

مقترح مشروع

تعزيز خدمات عمليات المناظير بمستشفى غزة الأوروبي

وزارة الصحة الفلسطينية
الإدارة العامة للتعاون الدولي

E-Mail: icd@moh.gov.ps

Tel: 00970 8 2826934

Fax: 00970 8 2826325

9/9/2021		التاريخ	2021/108			رقم طلب المشروع (خاص بالتعاون الدولي)
الإدارة العامة للمستشفيات		الجهة الطالبة للمشروع	تعزيز خدمات عمليات المناظير بمستشفى غزة الأوروبي			اسم المشروع
ضمن الخطة		نوع المشروع	دائم			مدة المشروع
طارئ						
خدمات علاجية	أجهزة ومعدات	ترميم	إنشآت	مجال المشروع		
أخرى (مع التحديد.....)	نفقات تشغيلية	تدريب وابتعاث	مستهلكات			
		الشركاء في التنفيذ	وزارة الصحة			الجهة المسؤولة عن التنفيذ
مستشفى غزة الأوروبي		مكان تنفيذ المشروع	المرضى الخاضعين لعمليات جراحية عن طريق المنظار			الفئة المستهدفة وحجمها
50,000 \$ (خمسون ألف دولار أمريكي).						التكلفة التقديرية للمشروع بالدولار
<p>يهدف المشروع إلى تعزيز خدمات عمليات المناظير بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من خلال تزويد الوزارة بجهاز ليجاشور (Ligasure)، حيث تعاني وزارة الصحة من عدم توفر عدد كافٍ لهذا الجهاز لإنجاز عمليات المناظير المطلوبة. لهذا الجهاز أهمية خاصة في عمليات المناظير حيث أن بإمكان هذا الجهاز قطع وإغلاق الأوعية الدموية والأنسجة بنفس الوقت دون الإضرار بالأعصاب باستخدام تقنية الإنفاذ الحراري ثنائي القطب، وهذا يضمن عدم حدوث نزيف بسبب أن عملية القطع تتسبب بحدوث دخان، مما يشوش الرؤية على الطبيب. يأتي هذا المشروع لسد حاجة وزارة الصحة لهذا الجهاز وذلك بتكلفة تقديرية 50,000 \$.</p>						ملخص المشروع (نبذة عن فكرة المشروع ومتطلباته)
عدم توفر أجهزة كافية لإنجاز عمليات المناظير التي تتطلب وجود هذا الجهاز.						مبررات المشروع
تعزيز خدمات عمليات المناظير من خلال تزويد مستشفى غزة الأوروبي بجهاز "ليجاشور".						أهداف المشروع
تحسُّن خدمات عمليات المناظير في مستشفى غزة الأوروبي.						النتائج المتوقعة

المدة الزمنية بالأشهر												المرحلة	الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الرئيسية	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
														التحضير
														التنفيذ
													التقييم والإغلاق	

التكلفة بالدولار	البند	
50,000	Complete Ligasure sealing machine	.1
50,000	التكلفة الإجمالية بالدولار	

الموازنة التقديرية بالدولار

سيستخدم الجهاز في إجراء عمليات المناظير المستقبلية.

آلية المتابعة والتقييم

❖ التقارير الخاصة بعرض السعر والترسية للجهاز المطلوب.
❖ تقرير الجهة الطالبة والجهة الفنية المعنية بخصوص استلام الجهاز ومطابقة المواصفات المطلوبة.

المواصفات الفنية لجهاز Complete Ligasure sealing machine

المرفقات

الإعداد

معد المشروع:

مدير دائرة إعداد المشاريع: د. حمزة عبد الجواد

الاسم: د. عبد اللطيف الحاج

مدير عام التعاون الدولي

المسمى الوظيفي:

الإيميل: icd@moh.gov.ps

الهاتف مع كود الدولة: 0097082826325

جهات الاتصال

Functional and Technical Specifications:

- Well-known Brand Name Manufacture (USA, European, Japan).
- For open and laparoscopic electro-surgical procedures.
- Including electro-surgical cutting and coagulation, bipolar functionality and LigaSure tissue fusion .
- All-in-one unit is compatible with conventional electro-surgical instruments and all current and new LigaSure instruments
- Fusion cycles are faster than the original LigaSure vessel sealing generator
- Easy-to-use touch screen set up
- Reduces demands on staff during procedures
- Automatic instrument recognition
- Surgeons can potentially shorten their OR procedure time by having control of power and mode adjustments from the sterile field
- Enhanced LigaSure tissue fusion technology permanently fuses vessels
- up to and including 7mm, lymphatics, tissue bundles, and pulmonary asculature
- Touch screen operation
- Patient plate conductivity monitoring system
- **Monopolar Modes and power:**
 - Pure cut 400 W
 - Precise cut 300 W
 - Blend 1-5, 250-150 W
 - Endo cut 1-3, 150-75 W
 - Coarse spray 120 W
 - Fine spray 100 W
 - Coarse fulgurate 150 W
 - Fine fulgurate 150 W
 - Dessicate 150 W
- **Bipolar Modes:**
 - Bi cut 120 W
 - Macro 120 W
 - Micro 80 W

- Sealer Modes 150 W

● **Including:**

- Cart
 - cart drawer
 - single pedal foot switch
 - monopolar foot switch
 - bipolar foot switch
 - blade electrode
 - stainless steel ball
 - return electrode
 - Cushing forceps
- Ligasure Atlas Hand switching 20cm (Qty 3)
 - Ligasure Atlas Hand switching 37cm (Qty 3) –other accessories priced separately.

Other accessories priced separately.

- Ligasure Mary land jaw laparoscopic sealer divider 5mm-37cm (Qty 3)
- Ligasure Mary land jaw laparoscopic sealer divider 5mm-23cm (Qty 3)
- Ligasure impact curved large jaw open sealer divider 36mm-18cm (Qty3)
- Ligasure atlas tissue fusion open instrument 10mm-20cm (Qty 1)
- Ligasure curved small jaw open sealer divider 16.5mm-19cm (Qty 2)
-

Service and warranty

- Service and operational manual in English language.
- Including all necessary accessories and ready for use.
- Warranty three years from installation labor and spare parts
- Warranty for not less than 10 years for spare parts
- New catalogue is attached with the offer